

四川省震灾风险防治中心

四川省震灾风险防治中心 关于一体式强震仪采购的市场调研函

各潜在供应商：

根据工作需要，四川省震灾风险防治中心拟通过市场调研方式采购一台一体式强震仪，现公开邀请符合条件的供应商参与报价，四川省震灾风险防治中心将依据相关程序择优选择供应商。现将有关事项函告如下：

一、供应商基本条件

1. 供应商应是在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格并有效存续的供应商；
2. 具有独立承担民事责任的能力；
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
6. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

二、强震仪技术要求

设备名称	主要参数	数量	备注
一体式 强震仪	外壳: 1. 应具有极性、方向性标识 2. 防护等级应不低于IP67 传感器部分: 3. 观测分量: EW、NS、UD 4. 测量范围: $-2.0g_n \sim +2.0g_n$ (标称值) 5. 灵敏度: $-2.5V/g_n \sim +2.5V/g_n$ (标称值) 6. 灵敏度误差: $<3\%$ 7. 线性度误差: $\leq 1\%$ 8. 横向灵敏度比: $\leq 1\%$ 9. 动态范围: $\geq 120\text{dB}$ 10. 频率响应: $0 \sim 50\text{Hz}$ 平坦 11. 零点漂移: $< 500 \mu g_n / ^\circ\text{C}$ 12. 具有标定回路 13. 具有摆体零位、仪器水平调整机构 记录器部分: 14. 通道数: ≥ 3 通道 15. 分辨力: ≥ 24 位 16. 采样率: $50/100/200/500\text{sps}$, 可同时输出多种采样率 17. 滤波器: 线性相位或最小相位的FIR数字滤波器 18. 动态范围: $\geq 108\text{dB}$ 19. 频率响应: $0 \sim 80\text{Hz}$ 平坦 20. 触发方式: STA/LTA触发、电平触发 21. 记录方式: 事件触发记录, 连续波形记录 22. 存储介质: $\geq 32\text{GB}$ 23. 授时系统: 北斗卫星时钟同步、NTP网络授时 24. 时间标准: 协调世界时UTC 25. 时间同步误差: $< 0.1\text{ms}$ 26. 时钟漂移率: $< 1\text{ppm}$ 27. 通信功能: 本地通信、远程通信 28. 网络接口: 具有以太网接口, 支持无线通信 29. 通信协议: TCP/IP、FTP等 30. 数据传输: 实时传输、多重连接、FTP数据下载 31. 控制功能: 参数设置、状态监控、仪器标定 电气参数: 32. 供电电压: $+12\text{V}$ ($9 \sim 18\text{V}$) 33. 整机功耗: $< 3\text{W}$ 工作环境: 34. 工作温度: $-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ 35. 相对湿度: $10\% \sim 98\%$	1台	仅限国产设备

三、需要提交的相关材料

1. 营业执照副本1份（复印件加盖鲜章）；
2. 一次性报价单（见附件）1份（加盖鲜章）；
3. 供应商认为其它应提交的证明材料。

四、限价和成交原则

1. 本次市场调研最高限价人民币伍万元整（¥50000.00），包含税费（增值税专用发票，税率13%）、运输费及操作培训等全部费用，采购人不再额外支付其它费用。

2. 根据《四川省地震局自行采购管理办法》，本次市场调研按照最低价评审法确定成交供应商，即符合采购需求、质量和服务相等且报价最低者成交。

五、联系方式

请符合以上条件的供应商在7个工作日内将相关材料密封装订后寄送至四川省震灾风险防治中心。

联系人：冯女士 028-85452565

地址：四川省成都市武侯区人民南路三段29号

附件：一次性报价单



附件：

一次性报价单

四川省震灾风险防治中心：

我公司收悉并研究了《四川省震灾风险防治中心关于一体式强震仪采购的市场调研函》，满足贵单位采购项目的各项要求，经核算我公司报价为人民币_____（大写：_____），明细表如下：

序号	设备名称	设备型号	主要配置	单价（元）
1				
①报价说明：以上报价包含增值税专用发票税费（税率13%）、运输费及操作培训等全部费用。				
②报价时效：				
③供货周期：				

供应商代表（签字）：

供应商名称（公章）：

联系电话：

报价日期：